

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht

T.a.v. de Raad van Bestuur

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht
Postbus 2680
3500 GR Utrecht
T 088 120 50 00
F 088 120 50 01
www.igz.nl

Datum 19 februari 2015
Onderwerp Veldnorm Insluiting

Inlichtingen bij
J.K. van Wijngaarden
jk.v.wijngaarden@igz.nl

Ons kenmerk
2015-1156475/GGZ/JdV/rr

Geacht Bestuur,

Op 15 mei 2013 heeft GGZ Nederland formeel ingestemd met de Veldnorm Insluiting die in goed overleg met IGZ, GGZ Nederland, Landelijk Platform GGz en vertegenwoordigers van de HIC werkgroep is opgesteld.

Na vaststelling zijn er twijfels gerezen over de veiligheid voor patiënt en verzorgers bij de gekozen oplossing voor de uitvoering van het toilet bij de extra beveiligde kamer (EBK).

Bovengenoemde partijen hebben daarom in aanvulling op de veldnorm het volgende vastgesteld:

Volgens de vigerende op 15 mei 2013 vastgestelde veldnorm is de EBK zelf zonder sanitair uitgevoerd en is een annex gelegen sanitaire ruimte met toilet bereikbaar vanuit de EBK, waarvan een patiënt in een EBK zonder tussenkomst van personeel en met behoud van privacy gebruik moet kunnen maken. Om qua beleving aan te sluiten bij een normaal gebruik van een toilet en ter voorkoming van geuroverlast is daarbij nog uitgegaan van de mogelijkheid een deur tussen EBK en toiletruimte te realiseren, die indien gewenst zou kunnen worden afgesloten. Deze deur is echter niet verplicht gesteld. Optioneel kan het toilet volgens de vigerende veldnorm ook in een open nis van de EBK worden ondergebracht.

Om veiligheidsredenen is, in tegenstelling tot de veldnorm, nu besloten geen aparte kamergebonden toiletruimte meer toe te staan, maar uit te gaan van een open toiletruimte of -nis in de EBK zelf. Om de privacy bij gebruik van het toilet te waarborgen moet de patiënt de mogelijkheid worden geboden om de ramen in de EBK van binnenuit te blinderen met bijvoorbeeld lamellen. Dit is overigens al een veldnormeis om het face-to-face contact te kunnen onderbreken.

Het toilet moet geschikt zijn voor eventuele begeleiding tijdens het gebruik en bij calamiteiten. De constructie moet zodanig zijn dat de kans op verwonding minimaal is en de patiënt om veiligheidsredenen in het zich moet kunnen blijven.

Om tweezijdig hulp te kunnen bieden bedraagt de vrije breedte aan weerszijden van het closet minimaal 700 mm. Indien het closet volledig in een nis van de wand wordt weggewerkt zal de minimale breedte van de nis aan de achterzijde van de nis 500 mm en aan de voorzijde 800 mm moeten bedragen. De totale vrije breedte om tweezijdig hulp te kunnen bieden bedraagt hiermee in dit geval minimaal 2,2 m.

Wat overeind blijft is de algemene eis dat een patiënt in een EBK zonder tussenkomst van personeel en met behoud van privacy van een toilet gebruik moet kunnen maken.

De aangepaste veldnormeisen gelden op voorwaarde dat de patiëntenpopulatie

die in de EBK wordt ingesloten, alleen de 'uiterste' groep betreft die niet kan worden opgevangen met intensieve begeleiding op de intensive care afdeling of unit, dus een zo klein mogelijke groep. Met daarnaast de voorwaarde dat iemand in principe niet langer dan 24 uur in de EBK wordt ingesloten.

Met het vervallen van de aparte kamergebonden toiletruimte komen de volgende veldnormeisen (inclusief de bijbehorende toelichtingen in met name paragraaf 3.3.1.3 van de veldnorm) te vervallen:

Ons kenmerk
2015-1156475/GGZ/JdV/rr
Datum
19 februari 2015

Nr.	Aspect	Eis
2.2	Sanitair bij EBK	De EBK zelf is zonder sanitair uitgevoerd. Een annex gelegen sanitaire ruimte met toilet is bereikbaar vanuit de EBK zonder tussenkomst van begeleiders (zie verder 14.0).
14.1	Sanitaire ruimte toegankelijk vanuit EBK	Vanuit de EBK en vanuit verkeersruimte toegankelijke sanitaire ruimte (toilet en fontein). Toilet toegankelijk voor mindervaliden (rolstoelgebruik) en geschikt voor begeleiding tijdens gebruik (afmetingen minimaal 1,6 x 2,2 m nuttig).
14.4	Signalering in vanuit de EBK toegankelijk toilet	De deur tussen de EBK en het sanitair is voorzien van deurstandsignalering (signaal naar personeel). In het toilet is een aanwezigheidssignalering die een bewegingsmelder activeert. Als bewegingsmelder geen beweging signaleert, wordt een melding aan personeel gedaan
14.5	Deur tussen sanitair en verkeersruimte bij EBK	Vanaf de verkeersruimte is deze deur te ontsluiten. Van binnenuit is de deur door patiënt niet te openen

De in het TNO-rapport "Vrijheidsbeperking in de GGZ: veldnorm insluiting" opgenomen voorbeelden Figuur 3B, 3C, 3D en bijlage C (Lay-out voorbeelden door verbouw) gaan nog uit van een kamergebonden toiletruimte, en zijn derhalve op dit punt niet meer als goed voorbeeld bruikbaar

Ik verzoek u vriendelijk deze aanvulling te beschouwen als onderdeel van de in mei 2013 vastgestelde veldnorm.
Mocht u tussen 15 mei 2013 en nu reeds begonnen zijn met aanpassingen volgens de oorspronkelijke Veldnorm Insluiting dan zal de IGZ dit accepteren.

Met vriendelijke groet,



Mw. J.F. de Vries
Hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg