

DATUM 15-juli-2022

## Dringend bericht inzake veiligheid in het veld

### MNA-240 ENC - Update van de installatie-instructies

Ter attentie van: Gewaardeerde klant van Barco

#### Geachte mevrouw of mijnheer,

Hierbij willen wij u graag informeren over een veiligheidsgerelateerde update van de installatie-instructies in de gebruiksaanwijzing van de MNA-240. De bijgewerkte instructies worden samen met deze kennisgeving verzonden.

Deze actie zal worden gerapporteerd aan de bevoegde regelgevende autoriteiten.

Bij deze kennisgeving zijn 2 antwoordformulieren gevoegd. Vul antwoordformulier 1 in en stuur het terug na ontvangst van deze kennisgeving, en antwoordformulier 2 na voltooiing van de instructies in deze kennisgeving.

#### Betrokken producten en hoe ze te identificeren:

Onderdeelnummer	Modelnaam
K9303078A	MNA-240 ENC DP
K9303097A	MNA-240 ENC DP MQ
K9303099A	MNA-240 ENC DP OL

Onderdeelnummer en revisie zijn op het productlabel terug te vinden:

**BARCO** Barco NV  
President Kennedypark 35 8500 Kortrijk - Belgium

**FC** This device complies with part 15 of the FCC rules.  
Operation is subject to following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference  
(2) This device must accept any interference received  
including interference that may cause undesired operation

CAN ICES-001 (B)/NMB-001 (B)  
MADE IN BELGIUM 比利时制造 合格证

Model - 显示器 - 产品型号: MNA-240  
Type 类型: ENC DP  
I-MAX: 4 A  
U-NOM: 12V DC 2021-10-05

IS 13252 (Part 1)  
IEC 60950-1  
UL CERTIFIED  
R-41008141  
www.bis.gov.in  
BARCO-BEL/MD/001161

REF K9303078A Part Number

REVISION: 版次 (X)16/17/18/19 Revision

UDI (01)05415334000056  
(11)211005  
(21)2530617367

SN 2530617367

P 1 / 4

ENABLING BRIGHT OUTCOMES



Barco nv | Beneluxpark 21 | B-8500 Kortrijk | België

Maatschappelijke zetel: President Kennedypark 35 | B-8500 Kortrijk | België

IBAN BE49 3850 5234 2071 BBRUBEBB | VAT BE 0473.191.041 | RPR Gent, Afdeling Kortrijk

www.barco.com

**Reden voor deze actie:**

Barco is in kennis gesteld van verschillende installaties in operatiekamers waar de manier van installeren van de MNA-encoders ervoor zorgde dat de interne temperatuur in de encoder de maximale specificatie overschreed, waardoor het risico op storingen toenam.

Na intern onderzoek besloot Barco de gebruiksaanwijzing bij te werken met meer gedetailleerde instructies voor het installeren van de encoders om een optimale luchtstroom mogelijk te maken en oververhitting te voorkomen.

**Mogelijke risico's:**

Als de installatie geen optimale luchtstroom binnen en rond de MNA-encoder mogelijk maakt, is er een verhoogd risico op storingen, wat mogelijk leidt tot beeldverlies tijdens een chirurgische ingreep.

**Acties die door de klant moeten worden genomen:**

1. Vul het antwoordformulier 1 in en stuur het terug naar uw Barco Key Account Manager na ontvangst van deze kennisgeving.
2. Lees de bijgewerkte installatie-instructies, inclusief het mogelijke risico van een verkeerde installatie.
3. Informeer uw relevante partners en vraag hen om te evalueren of hun installaties moeten worden aangepast.
4. Vul na afronding van de acties het antwoordformulier 2 in en stuur het terug naar uw Barco Key Account Manager.

Neem contact op met uw Barco Key Account Manager indien u verdere informatie of ondersteuning nodig hebt met betrekking tot dit probleem.

We bieden u onze verontschuldigen aan voor eventuele ongemakken als gevolg van deze situatie en danken u voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

XXX

Barco NV

P 2 / 4

---

ENABLING BRIGHT OUTCOMES



**Antwoordformulier 1 (na ontvangst van de FSN)**

**Aan:** Barco Key Account Manager .....

**Van:** (Naam, functie en bedrijf) .....

Hierbij bevestig ik dat ik het dringend bericht inzake veiligheid in het veld heb ontvangen, gelezen en begrepen met betrekking tot de Barco MNA-240 ENC DP-apparaten.

Geschatte tijd van voltooiing van de acties: .....

Handtekening:

Datum: .....



**Antwoordformulier 2 (na afronding van de acties)**

**Aan:** Barco Key Account Manager .....

**Van:** (Naam, functie en bedrijf) .....

Ik bevestig hierbij dat ik de acties beschreven in deze kennisgeving volledig heb uitgevoerd. Ik verklaar dat 100% van onze relevante partners op de hoogte zijn gesteld van de bijgewerkte installatie-instructies en van het risico indien ze niet worden nageleefd.

Handtekening:

Datum: .....

