



Belangrijke, niet-commerciële risico-  
informatie over een farmaceutisch product

|                 |                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Datum           | : 04JUN2026                                                                     |
| Onze referentie | : R-26-002                                                                      |
| Betreft         | : Recall CEFAZOLINE, CEFTRIAXON,<br>CEFUROXIM,<br>PIPERACILLINE/TAZOBACTAM WWSP |

Geachte heer/mevrouw,

Ceban Ziekenhuisfarmacie heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besloten om het hieronder genoemde product met onmiddellijke ingang uit de markt terug te roepen.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam product                  | : CEFAZOLINE INJVLST 1000MG/10ML (100MG/ML) WWSP CZF                                                                                                                                                                                                                      |
| Registratienummer             | : N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parallelproduct reg.nr.       | : N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Artikelnummer                 | : EPR001608                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ZI-nummer                     | : 17266769                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Charge(s)                     | : 260511076, 260511103, 260515005, 260515073, 260518093,<br>260519016, 260523001, 260526004 en 260529041                                                                                                                                                                  |
| Recallniveau                  | : Ziekenhuisniveau                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aanleiding voor de recall     | : In deze producten zijn spuiten gebruikt waarbij een materiaaldefect is geconstateerd, dat kan resulteren in lekkage bij de plunjerstopper. Vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek worden de charges waarin deze spuit is gebruikt uit voorzorg teruggeroepen. |
| Tekort eigen product verwacht | : ja                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam product                  | : CEFAZOLINE INJVLST 2000MG/20ML (100MG/ML) WWSP CZF                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Registratienummer             | : N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Parallelproduct reg.nr.       | : N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Artikelnummer                 | : EPR001610                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ZI-nummer                     | : 17266777                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Charge(s)                     | : 260417018, 260420033, 260420034, 260421026, 260424032,<br>260424033, 260424109, 260428022, 260428023, 260501018,<br>260504059, 260505047, 260505068, 260508026, 260511074,<br>260511102, 260518094, 260519017, 260519018, 260519019,<br>260520166, 260522024, 260523002, 260526005, 260527078 en<br>260529042 |
| Recallniveau                  | : Ziekenhuisniveau                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aanleiding voor de recall     | : In deze producten zijn spuiten gebruikt waarbij een materiaaldefect is geconstateerd, dat kan resulteren in lekkage bij de plunjerstopper. Vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek worden de charges waarin deze spuit is gebruikt uit voorzorg teruggeroepen.                                       |
| Tekort eigen product verwacht | : ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Naam product            | : CEFTRIAXON INJVLST 100MG/ML WWSP 20ML CZF |
| Registratienummer       | : N.v.t.                                    |
| Parallelproduct reg.nr. | : N.v.t.                                    |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                 | : EPR002727                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ZI-nummer                     | : 17311195                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Charge(s)                     | : 260515004, 260518095, 260522025, 260522039, 260523006, 260529043 en 260529044                                                                                                                                                                                           |
| Recallniveau                  | : Ziekenhuisniveau                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aanleiding voor de recall     | : In deze producten zijn spuiten gebruikt waarbij een materiaaldefect is geconstateerd, dat kan resulteren in lekkage bij de plunjerstopper. Vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek worden de charges waarin deze spuit is gebruikt uit voorzorg teruggeroepen. |
| Tekort eigen product verwacht | : ja                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam product                  | : PIPERACILLINE/TAZOBACTAM INJVLST 4000MG/500MG WWSP 20ML CZF                                                                                                                                                                                                             |
| Registratienummer             | : N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parallelproduct reg.nr.       | : N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Artikelnummer                 | : EPR003054                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ZI-nummer                     | : 17398967                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Charge(s)                     | : 260505050 en 260511105                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Recallniveau                  | : Ziekenhuisniveau                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aanleiding voor de recall     | : In deze producten zijn spuiten gebruikt waarbij een materiaaldefect is geconstateerd, dat kan resulteren in lekkage bij de plunjerstopper. Vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek worden de charges waarin deze spuit is gebruikt uit voorzorg teruggeroepen. |
| Tekort eigen product verwacht | : ja                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Wij verzoeken u uw voorraad aan bovengenoemde producten te controleren. Mocht u producten van de genoemde batches op voorraad hebben, wilt u deze dan per direct in quarantaine zetten en uiterlijk 03JUL2026 retour sturen naar Ceban Ziekenhuisfarmacie? U kunt de retouren aanmelden via het klantportaal. Vervangende producten zijn momenteel niet beschikbaar.

#### Recall op ziekenhuisniveau

Bij een recall op ziekenhuisniveau dient u per omgaande na te gaan waar verpakkingen in het ziekenhuis aanwezig zijn. Ook deze dienen geretourneerd te worden, samen met de in uw apotheek aanwezige voorraad. Aangebroken verpakkingen moet u ook retourneren. U zult hiervoor gecrediteerd worden.

Voor vragen betreffende deze terughaalactie kunt u contact opnemen met:

Ceban Ziekenhuisfarmacie  
De Amfoor 1  
5807 GW Oostrum  
076-5720910

Onze excuses voor het ongemak en hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Bart Claassen, Gevestigd Apotheker  
Manager Farmacie