

E-backformulier voor veldcorrectie

Spoeisend bericht inzake de veiligheid in het veld

Productcode en beschrijving: EXENT[®] Analyser (EXENT[®]-analyser) - IE800
(UDI# 05051700020879)

Referentie: COMP-2026-1519, AE077

Datum: 14/04/2026

Probleem: Een hiaat in de softwarelogica kan leiden tot een geslaagde kwaliteitscontrole-indicatie (QC) ondanks dat er geen QC-meting is uitgevoerd

Er is een Spoeisend bericht inzake de veiligheid in het veld uitgegeven onder Referentie COMP-2026-1519 met de vereiste acties voor IE800 - Alle softwareversies.

Vul de onderstaande tabel in als bevestiging van ontvangst van de kennisgeving en dat het betreffende advies is begrepen en zal worden opgevolgd.

	Bevestigd door:
Naam in blokletters:	
Handtekening:	
Functie:	
Organisatie:	
Datum:	

Stuur het ingevulde e-backformulier binnen 1 week na ontvangst terug naar uw plaatselijke Binding Site-kantoor via het onderstaande e-mailadres.

Lokaal kantoor van Binding Site	E-mailadres voor terugzending
Australië/Nieuw-Zeeland	TBS.PDX.Support@thermofisher.com
België/Nederland/Luxemburg	TBS.Customer.Support.BNL@thermofisher.com
Brazilië	TBS.BRA.SAC@thermofisher.com
Tsjechische en Slowaakse Republiek	TBS.info.cz@thermofisher.com
Denemarken/Finland/Noorwegen/Zweden/ IJsland	TBS.support.TBSNordics@thermofisher.com
Frankrijk	TBS.Support.Client@thermofisher.com
Duitsland/Zwitserland/Oostenrijk/ Lichtenstein	TBS.techservices.de@thermofisher.com
Ierland	tbs.technical.support@thermofisher.com
Italië	TBS.qualityassurance.it@thermofisher.com
Mexico	TBS.Customer.Service.MX@thermofisher.com
Singapore	TBS.Technical.SG@thermofisher.com
Spanje/Portugal	TBS.Servicio.Tecnico@thermofisher.com
Verenigd Koninkrijk	TBS.Technical.Support@thermofisher.com