

**URGENTE VEILIGHEIDSMEDEDELING
UPDATE**



Datum van verzending brief

GE HealthCare Ref. # 32097-3

Aan:



BETREFT: Update van het bericht van GE HealthCare: Verwarmingsdeur voor bepaalde Giraffe OmniBed en Giraffe OmniBed Carestation-apparaten

Beste klant,

GE HealthCare heeft recentelijk vastgesteld dat er nog meer producten betrokken zijn bij de bijgevoegde Urgente veiligheidsmededeling (Ref. #32097 en #32097-2). Daarom heeft GE HealthCare de lijsten van betrokken producten bijgewerkt met aanvullende Giraffe OmniBed Carestation-apparaten die geproduceerd zijn tussen januari 2018 en juli 2025 en Giraffe OmniBed- en Giraffe OmniBed Carestation-apparaten waarbij de verwarmingsdeuren vervangen zijn tijdens deze tijdsperiode.

Zie de bijgevoegde GE HealthCare veiligheidsmededeling Ref. #32097 en #32097-2 voor de specifieke informatie over dit veiligheidsprobleem, en hoe u de productiedatum van uw apparaat kunt vaststellen.

Wij verzekeren u dat het handhaven van een hoog veiligheids- en kwaliteitsniveau topprioriteit voor ons is. Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die vermeld zijn in de GE HealthCare Urgente veiligheidsmededeling.

Met vriendelijke groet,

